



Olsztyn, dnia 24.05. 2010 r.

Ldz. 90 – 2302 WFA / AS / 2010

Nr postępowania : 41 / 2010 / PN / DZP / RPW

**Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie**

**ul. Oczapowskiego 2**

**10 – 957 Olsztyn**

**Do wiadomości  
uczestników postępowania**

**Dotyczy :** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „ Dostawa wyposażenia do Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej ” w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 pt. „ Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno – badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności ”.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI CZĘŚĆ NR 4.**

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania w zakresie części nr 11, 17 :

**Pytanie nr 1. Dotyczy części nr 11:**

Czy Zamawiający dopuści Zamrażarkę niskotemperaturową o szerokości 92 cm i głębokości 90 cm ?

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania w zakresie części nr 11 zamrażarki niskotemperaturowej o zaproponowanych wymiarach.

**Pytanie nr 2. Dotyczy części nr 17:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wirnika/rotora hematokrytowego na 24 kapilary o długości 75 mm ?

**Odpowiedź :**

Zamawiający zgodnie z przedstawionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisem przedmiotu zamówienia, wymaga wirówki hematokrytowej na 24 kapilary o długości 75 mm.



**Pytanie nr 3. Dotyczy części nr 17:**

Czy Zamawiający zaakceptuje tolerancję obrotów i RCF np. w wysokości 0,5 % w stosunku do wymaganych ?

**Odpowiedź :**

Zamawiający dopuszcza w zakresie części nr 17 wirówkę hematokrytową różniącą się w zakresie maksymalnych RPM i RCF o  $\pm 0,5\%$ , w stosunku do podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

ZASTĘPCA KANCLERZA

.....*Wojciech Samulowski*.....

Podpis osoby uprawnionej