



Olsztyn, dnia 12.05 2010 r.

Ldz. 90 – 2302 / 954 / AA / 2010

Nr postępowania : 42/2010/PN/DZP/RPW

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 2

10 – 957 Olsztyn

**Do wiadomości
uczestników postępowania**

Dotyczy : odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę wraz z montażem mebli laboratoryjnych -niski parter, w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno – badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności” .(Etap 3, Zadanie 1, Kontrakt 6).

PYTANIA I ODPOWIEDZI .

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania :

Pytanie 1

Czy do oferty należy załączyć foldery oferowanych komór laminarnych?

Odp.

TAK. Zamawiający wymaga dostarczenia katalogu dla oferowanych komór laminarnych.

Pytanie 2

Czy próbki (próbnik) blatów ceramicznych mają być fragmentami oferowanych blatów bez podniesionego obrzeża (o grubości 20mm) o wymiarach co najmniej 20x20 cm z dwoma krawędziami glazurowanymi i czy oferowane w próbniku kolory mają być ujęte w wymaganym Świadectwie Jakości Zdrowotnej?

Odp.

TAK. Zamawiający wymaga dołączenia do ofert próbnika kolorów ceramiki monolitycznej zastosowanej do produkcji mebli laboratoryjnych w przedmiotowym postępowaniu w postaci w postaci fragmentów oferowanych blatów.



Pytanie 3

Czy ze względu, że oferowane meble laboratoryjne mają być zgodne z normami PN EN 13150 oraz PN-EN 14727:2006, do oferty należy dołączyć odpowiedni certyfikat zgodności oferowanych mebli z wymaganiami tych norm wydany przez niezależną jednostkę badawczą akredytowaną w zakresie badań i certyfikacji tego typu wyrobów?

Odp.

NIE. Zamawiający nie wymaga do oferty wymienionego certyfikatu. Wystarczającym jest podpisanie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

Pytanie 4

Czy ze względu na bezpieczeństwo i zapis zawarty w SIWZ, iż ceramika ma być bezpieczna dla zdrowia pracy użytkowników, blaty ceramiczne muszą posiadać Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH dla kolorów blatów, których próbnik jest załączony do oferty, Świadectwo z Zakresu Higieny Radiacyjnej PZH i Atest Higieniczny PZH - dokumenty dla ceramiki używanej i dedykowanej do produkcji blatów laboratoryjnych wystawione przez laboratorium akredytowane i czy odpowiednie dokumenty należy załączyć do oferty?

Odp.

NIE. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty ww. dokumentów. W Rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający opisał dokumenty które należy dołączyć do oferty.

Pytanie 5

Czy „referencje” wymagane przez Zamawiającego mają być zbliżone rodzajem do dostawy objętej tym postępowaniem, czyli aby obejmowały dostawy wraz z montażem mebli laboratoryjnych wraz z dygestoriami i komorami laminarnymi (jedna dostawa oznacza dostawę zawierającą jednocześnie wszystkie w/w elementy i realizowaną na podstawie jednej umowy)?

Odp.

Zamawiający wymaga dołączenia dokumentów potwierdzających, iż dostawy będące przedmiotem zamówienia w przedmiotowym postępowaniu zostały wykonane należycie. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych, w związku z powyższym Zamawiający wymaga dołączenia dokumentów potwierdzających i dostawy mebli laboratoryjnych zostały wykonane należycie.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści aby w punkcie 10.5 SIWZ zamiast wymaganego atestu lub zaświadczenia, był załączony wcześniej wymagany atest dla farb epoksydowych, którymi szafki metalowe są pomalowane oraz czy Zamawiający dopuści aby odnośnie punktu 10.4 wymagań zawartych w SIWZ, oferent załączył do oferty atest PZH na płyty laminowane z których wymagane szafki są wykonane?



Odp.

NIE. W punkcie 10.5. SIWZ w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga dołączenia atestu lub zaświadczenia dla szafek metalowych, w których korpus wykonany jest w całości z blachy stalowej o grubości minimum 1 mm, zaś w punkcie 10.4 SIWZ w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga dołączenia do oferty atestu lub zaświadczenia dla zaoferowanych szafek laminowanych, w których korpus wykonany jest z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm i takie też dokumenty należy dołączyć składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści aby do oferty załączyć próbnik płyt ceramicznych w 5 kolorach o grubości 20 mm?

Odp.

TAK. Zamawiający dopuści aby do oferty załączyć próbnik płyt ceramicznych w 5 kolorach.

Pytanie 8

Czy próbki płytek ceramicznych powinny zawierać płytki ceramiczne o wymiarach 20x20 cm z dwoma krawędziami glazurowanymi i czy oferowane w próbniku kolory mają być ujęte w wymaganym Świadectwie Jakości Zdrowotnej?

Odp.

TAK. Zamawiający wymaga dołączenia do ofert próbnika kolorów ceramiki monolitycznej zastosowanej do produkcji mebli laboratoryjnych w przedmiotowym postępowaniu w postaci fragmentów oferowanych blatów.

Pytanie 9

Czy blaty ceramiczne monolityczne użyte do produkcji blatów laboratoryjnych mają spełniać także normy rozszerzalności termicznej badanej wg EN 10545-8 oraz odporności na szok termiczny badanej wg normy EN10545-9 oraz czy w celu potwierdzenia spełniania powyższych wymagań przez oferowane blaty do oferty należy dołączyć raporty z badań (zawierające opis próbki, wykonanego badania i wyniki pomiarów), wykonanych przez niezależne i akredytowane laboratorium badawcze?

Odp.

NIE. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty ww. dokumentów. W Rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający opisał dokumenty które należy dołączyć do oferty.

Pytanie 10

Czy oferowane szafki laboratoryjne zawieszane pod stołami i w dygestoriach wykonane z blachy stalowej ze względu na bezpieczeństwo pożarowe muszą być sklasyfikowane co najmniej jako prawie niezapalne - klasy



A2 według normy EN 13501-1:2007 i czy odpowiedni dokument wystawiony przez niezależne laboratorium akredytowane należy załączyć do oferty?

Odp.

TAK lecz Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty ww. dokumentów. W Rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający opisał dokumenty które należy dołączyć do oferty.

Pytanie 11

Czy spełnianie norm potwierdzające zgodność oferowanych blatów ceramicznych z normami należy potwierdzić załączonymi do oferty raportami z badań wystawionymi przez niezależne laboratorium akredytowane?

Odp.

NIE. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty ww. dokumentów. W Rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający opisał dokumenty które należy dołączyć do oferty.

Pytanie 12

Czy w punkcie d) zapisu wymagań dla blatów ceramicznych nie wkradł się błąd, ponieważ mrozoodporność powinna być zawarta w normie EN 10545-12 oraz czy w punkcie b) nie powinna być zapisana norma 10545-13 zamiast 10454 -13 oraz norma 10545-4 zamiast 10454-4?

Odp.

Zamawiający potwierdza, iż przy określeniu numeru normy popełniono omyłkę pisarską. Właściwy numer normy to 10545-13 oraz 10545-4. Zamawiający informuje, iż poprawi Oświadczenie wg Załącznika nr 3 oraz udostępni wszystkim uczestnikom postępowania.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuszcza dygestorium zgodne z normą PN-EN 14175-2 zamiast PN-EN 14175-1-6 ?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ, podtrzymując tym samym dotychczasowe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 14

Czy dygestoria muszą być zbadane w zakresie dopuszczalnego stężenia gazu wzorcowego przed oknem frontowym przy jego trzech położeniach i czy w celu potwierdzenia pozytywnych wyników badania do oferty należy dołączyć odpowiedni protokół z badań wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą zawierający co najmniej: dane jednostki badawczej, informację o sposobie przeprowadzenia pomiarów, opis

warunków przeprowadzania pomiarów, interpretację wyników, wyniki badań stężenia gazu wzorcowego dla poszczególnych serii pomiarowych?

Odp.

NIE. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty ww. dokumentów. W Rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający opisał dokumenty które należy dołączyć do oferty.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania w którym półki w przystawkach montowane są tylko powyżej wysokości blatu roboczego, montowanie półek poniżej blatu roboczego (na całej wysokości przystawki) w miejscu gdzie są podwieszane szafki raczej nie jest stosowane?

Odp.

TAK. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mebli gdzie półki w przystawkach montowane są jedynie powyżej blatu roboczego.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści aby potwierdzenia spełniania norm wymaganych z punkcie 10.8 SIWZ były zawarte w deklaracji zgodności CE producenta?

Odp.

TAK, pod warunkiem, iż deklaracja zgodności CE producenta będzie zawierała potwierdzenie norm PN EN 14175 cz.1 - 6 oraz PN IEC 60364-4-41, a w szczególności posiadające zabezpieczenia przed porażeniem w wyniku dotyku bezpośredniego.

Pytanie 17

Czy panele instalacyjne i osłonowe dygestoriów muszą posiadać możliwość montowania ich w kolumnach przystawek i na odwrót w celu ich zamiany w przypadku konieczności zmiany konfiguracji mediów w pracowni?

Odp.

TAK, Zamawiający wymaga aby panele osłonowe i instalacyjne dygestoriów oraz przystawek były w pełni kompatybilne i umożliwiały ich wzajemną wymianę.

Pytanie 18

Czy należy dołączyć do oferty kopię, ważnego certyfikatu bezpieczeństwa mikrobiologicznego typu EN12469:2000 wydanego przez upoważnioną do tego akredytowaną jednostkę certyfikującą?

Odp.



NIE. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty ww. dokumentów. W Rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający opisał dokumenty które należy dołączyć do oferty.

ZASTĘPCA KANCLERZA

Wojciech Samulowski

.....
Podpis osoby uprawnionej

Sporządziła: mgr Anna Adamkiewicz