



L.dz.90-0902/ 655 /10

Olsztyn dn. 18.05.2010 r

**UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI**  
**W OLSZTYNIE**  
ul. Oczapowskiego 2  
10-957 Olsztyn

Dotyczy: odpowiedzi na pytania (2) na dostawę specjalistycznych urządzeń do diagnostyki i terapii weterynaryjnej w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. „Zakup aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych” (Kontrakt 8).  
Nr sprawy 50/2010/PN/DZP/RPW

Pytanie do SIWZ

Pytanie 1

Czy Zamawiający może sprecyzować do jakich zastosowań użyty zostanie mikromanipulator?

Odp.

Mikromanipulator będzie wykorzystywany do izolacji komórek w badaniach „in vitro”

Pytanie 2

Czy Zamawiający może sprecyzować z jakiego typu mikroskopem będzie współdziałać „Mikromanipulator praworęczny”?

Odp.

Zamawiający użytkuje mikroskop stereoskopowy firmy Zeiss.

Z poważaniem

  
ZASTĘPCA KANCLERZA

Wojciech Samulowski

Sporządziła: Anna Adamkiewicz