

Olsztyn, dnia 16.06.2010 r.

Ldz. 90 – 2302 /1383 / AA / 2010

Nr postępowania : 57/2010/PN/DZP/RPW

**Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie**

**ul. Oczapowskiego 2**

**10 – 957 Olsztyn**

**Do wiadomości  
uczestników postępowania**

**Dotyczy:** odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę specjalistycznej aparatury badawczej oraz sprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów budynku B i C w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. „Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych” (Etap 3, Zadanie 2, Kontrakt 5).

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania w zakresie części nr 3 :

**Pytanie 1. Dotyczy części nr 3 :**

Czy Zamawiający dopuszcza 3 letnie wsparcie w serwisie producenta (międzynarodowe) zamiast wsparcia u klienta dla mobilnego sterownika pomocniczego?

**Odpowiedź :**

Zamawiający dopuszcza 3 letnie wsparcie w serwisie producenta (międzynarodowe) zamiast wsparcia u klienta dla mobilnego sterownika pomocniczego.



**Pytanie 2. Dotyczy części nr 3 :**

Czy Zamawiający dopuszcza oprogramowanie pomocnicze do skanowania, wyrównania, oczyszczenia i łączenia modeli 3D jedynie na sterowniku głównym (bez mobilnego)?

**Odpowiedź :**

Zamawiający dopuszcza oprogramowanie pomocnicze do skanowania, wyrównywania, oczyszczania i łączenia modeli 3D jedynie na sterowniku głównym.

ZASTĘPCA KANCLERZA

*Wojciech Samulowski*

.....  
Podpis osoby uprawnionej