

Olsztyn, dnia 23.11. 2010 r.

Ldz. 90 – 2302/3429./HS/2010

Nr postępowania: 6/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 2

10 – 957 Olsztyn

Do wiadomości
uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa systemu obciążeniowego, wolnostojącego kanału wodnego z wyposażeniem oraz wyposażenia do Pracowni Wytrzymałości materiałów, w ramach realizacji projektu pt. „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej oferty badawczej UWM w Olsztynie” finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Etap 2, Zadanie 1, Kontrakt 12, 13, 14).”

PYTANIA I ODPOWIEDZI


Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych uprzejmie przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie 1.

Pytanie dotyczące części nr 1: „system obciążeniowy – komplet wraz z ramą (stendem)”: w załączniku nr 1 do SIWZ w innych wymaganiach poz. 2 zapisano: kalibracja systemu wg międzynarodowych standardów UKES z wystawieniem certyfikatu kalibracji UKAS. Czy zamiast kalibracji według UKES można przedstawić odpowiedni dokument niemiecki, a mianowicie: certyfikat jakości wg 55350 – 1 8 – 4.1.1 sporządzony wg EN 10204 wystawiony przez akredytowane wg DIN 45001 i certyfikowane przez laboratorium kalibracyjne DKD – wielkość pomiarowa siła DKD 10441?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie dokumentu niemieckiego, jednak jedynie w sytuacji, gdy zmiana normy na niemiecką nie pociągnie za sobą zmiany dokładności urządzenia.





Pytanie 2.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę załącznika nr 8 (wzór umowy) par. 6 pkt. 1 c) o brzmieniu: za nie dotrzymanie przez Sprzedawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w § 2 ust 1 w wysokości 0,5% ceny określonej w § 3 ust 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy, na: za nie dotrzymanie przez Sprzedawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w § 2 ust 1 w wysokości 0,03% ceny określonej w § 3 ust 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od początku 32 – go tygodnia od daty podpisania umowy. Wysokość kar za nie dotrzymanie terminu dostawy nie może przekroczyć 5% kwoty ceny określonej w § 3 ust 1.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zapisów.

ZASTĘPCA KANCLERZA

Wojciech Samulowski

.....
Podpis osoby uprawnionej