



Olsztyn, dnia 08.11. 2010 r.

Ldz. 90 – 2302/3009/KM/2010

Nr postępowania: 73/2010/PN/DZP/RPW

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 2

10 – 957 Olsztyn

**Do wiadomości
uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa wyposażenia do Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej” w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno – badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności” (Etap 3, Zadanie 5, Kontrakt 1).


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie zawiadamia, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie w n/w częściach podając uzasadnienie faktyczne i prawne poniżej:

- w zakresie części nr 1, 3, 5, 14, 15 Zamawiający zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty.
- w zakresie części nr 7 Zamawiający zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
 - Oferta firmy ABCHEM, Agnieszka Busler, została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Przeprowadzone przez Zamawiającego badanie ofert wykazało, iż katalog Wykonawcy nie potwierdza jednoznacznie wymiarów urządzenia zaoferowanego w części nr 7, tj. termostatu do szoku termicznego. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający pismem nr L.dz. 90-2302/3009/KM/2010 z dnia 13.10.2010 r. zwrócił się z prośbą do Wykonawcy





o wyjaśnienie jakie są rzeczywiste zewnętrzne wymiary łaźni. Wykonawca złożył wymagane wyjaśnienia pismem z dnia 15.10.2010 r., gdzie poinformował Zamawiającego, iż wymiary łaźni wodnej wynoszą 455×476×392 mm. Powyższe parametry są niezgodne z wymaganiami Zamawiającego, który wymagał, aby wymiary łaźni wodnej wynosiły 30×50×15 cm, dlatego też oferta firmy ABCChem uznana została za niezgodną z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z uwagi na okoliczność zaoferowania urządzenia o parametrach niezgodnych z wymaganymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta firmy ALCHEM GRUPA sp. z o.o. została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający opisując w zakresie części nr 7 parametry termostatu do szoku termicznego wskazał, iż wymaga zaoferowania urządzenia, które będzie posiadało otwór ułatwiający łatwe lokowanie materiału biologicznego. Minimalne wymiary otworu po odliczeniu powierzchni termostatu muszą wynosić 30×50×15 cm. Wykonawca w dołączonym do oferty zestawieniu parametrów technicznych podał informacje które potwierdzają, iż zaoferowany przez niego termostat do szoku termicznego posiada otwór o parametrach niezgodnych z tymi których wymagał Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a mianowicie:

W tytule do tabeli dotyczącej parametrów zaoferowanego urządzenia Wykonawca podał, iż oferuje urządzenie, które będzie posiadało otwór ułatwiający łatwe lokowanie materiału biologicznego, jednak minimalne wymiary otworu po odliczeniu powierzchni termostatu wynoszą 30×35×15 cm. dlatego też oferta firmy ALCHEM GRUPA Sp. z o.o. uznana została za niezgodną z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z uwagi na okoliczność zaoferowania urządzenia o parametrach niezgodnych z wymaganymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 25 czerwca 2010 r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.) – Dział VI „ Środki ochrony prawnej ”.

Z poważaniem
ZASTĘPCA KANCLERZA

Wojciech Samulowski

.....
Podpis osoby uprawnionej