



Olsztyn, dnia 16.09. 2010 r.

Ldz. 90 – 2302/2649/KM/2010

Nr postępowania: 73/2010/PN/DZP/RPW

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski
w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2
10– 957 Olsztyn

Do wiadomości
uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa wyposażenia do Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej” w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno – badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności”.

ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie parametrów wagi laboratoryjnej polegającej na obniżeniu wymiaru szalki wagi z 100 mm na 85 mm w części nr 3 opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje również, że dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie parametrów mikrofalowego systemu do oznaczania wilgotności polegającej na zmianie zakresu pracy wagi wbudowanej w urządzenie z 50 kg na 50g w części nr 12 opisu przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższymi zmianami wprowadza się nowy, obowiązujący załącznik nr 1 dla części nr 3 oraz części nr 12, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:

Zmodyfikowany, obowiązujący załącznik nr 1 dla części nr 3 – zestawienie parametrów technicznych

Zmodyfikowany, obowiązujący załącznik nr 1 dla części nr 12 – zestawienie parametrów technicznych.

Z poważaniem

ZASTĘPCA KANCLERZA


Wojciech Samulowski

.....
Podpis osoby uprawnionej