



Olsztyn dnia 1 lipca 2010 r.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

ul. Oczapowskiego 2

10 – 957 Olsztyn

Do wszystkich uczestników postępowania

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy Wypożyczenia Laboratorium Agrobiologicznego – Dostawa i instalacja aparatury do analiz fitotoksyczności pestycydów i zanieczyszczeń środowiska oraz mikroskopu skaningowego w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 „Wypożyczenie w sprzęt aparaturowy Centrum nutri-bio-chemicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3. Wspieranie innowacji. Nr projektu: POPW.01.03.00-28-020/09 (ETAP II, Zadanie 3, kontrakt 2 i 4).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło do Zamawiającego następujące zapytanie:

Zadanie nr 6 – zestawienie parametrów technicznych i użytkowych.

Prosimy o wyjaśnienie czy w punkcie nr 2 dotyczących parametrów zamawianego mikroskopu nie gorszych niż podane wymagane jest dzieło elektronowe z zimną emisją polową FE czy emiter Schotky'ego?

Odpowiedź:

Zamawiający preferuje dzieło elektronowe z zimną emisją polową FE. Jeżeli nie pogorszy to pozostałych wymaganych parametrów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania emitara Schotky'ego.

ZASTĘPCA KANCLERZA

Wojciech Szaradowski

(Podpis osoby uprawnionej)